

Medellín, Septiembre 4 de 2017

Señor

JOSE RAUL DURAN ECHANDIA

Gerente

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

Transversal 23 N° 93-23

Teléfono: 6461046

Bogotá - Colombia

ASUNTO: Respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar de la selección directa para la adquisición de equipos médicos

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta a la comunicación con radicado interno R-5593 de Agosto 31 de 2017, donde se presenta observaciones al informe de evaluación preliminar de la selección directa para la adquisición de equipos médicos:

1. Observaciones a condiciones técnicas habilitantes:


"Ítem 8 Monitor de signos vitales, solicitamos sea inhabilitada la propuesta del proveedor LM Instruments con su equipo presentado para este ítem (Marca Lutech modelo Datalys 760) dado que como se evidencia en su propuesta folio 157, no cumple con las siguientes especificaciones técnicas....."

Respuesta: La Entidad procede a revisar conforme a las observaciones descritas en su requerimiento, encontrando que efectivamente el equipo Marca Lutech modelo Datalys 760 del proveedor LM Instruments no cumple con las condiciones descritas en el anexo 1 de la adenda 2, de los términos de referencia, en los siguientes criterios:

- Respiración: con un rango de 6 a 150 rpm
- Presión No Invasiva (NIBP): Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg

Por los argumentos anteriormente expuestos, se acepta la observación elevada por el oferente.

Atentamente,



OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO
Directora Administrativa
ESE METROSALUD

Proyectó: Lina Montoya, P.U. Abogada
Nataña Arcila Escudero, P.U. Ingeniera Biomédica