

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA LA DOTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA E.S.E. METROSALUD

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, presentamos el siguiente resultado de la evaluación preliminar de las propuestas presentadas.

Este proceso se adelanta mediante la modalidad de selección de convocatoria pública, tal como lo establece el Acuerdo 252 de 2014, a la cual se dio apertura a través de la Resolución número 815 de Julio 10 de 2018, la cual fue publicada con los términos de referencia y los anexos en la página web de la empresa el día 17 de Julio de 2018, para conocimiento de todos los interesados.

El día 24 de Julio de 2018 a las 9:00 a.m. en el quinto piso del edificio el Sacalín, Carrera 50 N° 44 – 27, se realizó la audiencia de aclaraciones, con el objeto de precisar el contenido y aclarar las inquietudes presentadas a los términos de referencia.

De la audiencia se levantó un acta que fue publicada en la página web de la empresa, donde se especifican las inquietudes a los términos de referencia, y a las cuales se les dio respuesta.

De las inquietudes presentadas en la audiencia y aclaraciones realizadas por la empresa, se hizo necesario publicar en la página web de la empresa dos (02) adendas a los términos de referencia.

El día 8 de Agosto de 2018 se reciben en el Archivo Central las ofertas, y se hace apertura de las mismas a las 10:30 a.m. de la cual se levanta acta con la firma de todos los asistentes, discriminados de la siguiente manera:

OFERENTE	RADICADO	FECHA	HORA	FOLIOS	OBSERVACIÓN
Quik S.A.S. QUALITY IS THE KEY	R-5525	30/7/2018	4:28 P.M.	95	APORTA CD
Equitrónica S.A.S.	R-5673	8/08/2018	7:18 A.M.	178	APORTA CD
Dotasalud JC S.A.S.	R-5681	8/08/2018	7:13 A.M.	199	APORTA CD
Amarey Nova Medical S.A.	R-5678	8/08/2018	8:08 A.M.	253	APORTA CD
Dräger Colombia S.A.	R-5679	8/08/2018	8:07 A.M.	331	APORTA CD
G. Barco S.A.	R-5680	8/08/2018	8:10 A.M.	235	APORTA CD
Kaika S.A.S.	R-5682	8/08/2018	8:33 A.M.	94	APORTA CD
Hospimedicos Medellín S.A.	R-5686	8/08/2018	8:59 A.M.	158	APORTA CD
LM Instruments S.A.	R-5687	8/08/2018	9:02 A.M.	219	APORTA CD
Técnica electromédica S.A.	R-5699	8/08/2018	9:52 A.M.	293	APORTA CD
New Stetic S.A.	R-5700	8/08/2018	10:08 A.M.	116	APORTA CD
Medical Devices S.A.S.	R-5712	8/08/2018	10:47 A.M.	148	APORTA CD
Bloclínicos de Colombia S.A.S.	R-5706	8/08/2018	10:32 A.M.	126	APORTA CD
Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	R-5705	8/08/2018	10:31 A.M.	271	APORTA CD
Prokontrol S.A.S.	R-5704	8/08/2018	10:29 A.M.	568	APORTA CD (2)
Aba Científica S.A.S.	R-5716	8/08/2018	11:00 A.M.	248	APORTA CD
CIL Company LIMITADA	R-5715	8/08/2018	10:56 A.M.	Sin foliar	Sin CD

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los términos de referencia, la empresa procede a realizar el análisis de las propuestas presentadas y radicadas, en los aspectos Jurídicos, Financieros y técnicos, como se detalla a continuación:

A. EVALUACION JURIDICA

Los requisitos legales de las propuestas recibidas, fueron evaluados por las Profesionales Universitarias Abogadas de la Dirección Administrativa y el oficial de cumplimiento de la Entidad para el Sariaff, según informes anexos de evaluación, que hacen parte del expediente, encontrando lo siguiente:

1. Propuestas que cumplen con todos los requisitos jurídicos y pueden continuar en el proceso:

1. ABA CIENTIFICA S.A
2. LM INSTRUMENTS S.A
3. NEW STETIC S.A
4. PROKONTROL S.A.S
5. BIOCLINICOS DE COLOMBIA S.A.S
6. KAIKA S.A.S
7. CESAR TABARES L & CIA LTDA
8. EQUITRONC S.A.S.
9. DOTA SALUD JC S.A.S
10. DRAEGER COLOMBIA S.A
11. QUIK S.A.S

2. Propuestas que debe subsanar requisitos jurídicos para poder continuar en el proceso:

1. MEDICAL SERVICES S.A
2. TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
3. INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S.
4. HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.S
5. AMAREY NOVA MEDICAL S.A
6. GBARCO S.A

Los proponentes deberán subsanar la siguiente información:

MEDICAL SERVICES S.A.

Presenta póliza de seriedad de la propuesta N° 21-44-101277659 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. Por valor de \$20.000.000 y con vigencia hasta 18/11/2018, menos de los 120 días que solicitaron los términos de referencia, por lo que debe ajustarse la vigencia de cobertura de la garantía, acorde con lo solicitado en los términos de referencia.

TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

Presenta póliza de seriedad de la propuesta N°15-44-101199260 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. Por valor de \$62.200.599 MENOS del 10% del valor de su oferta que es de \$704.781.843,50 y con vigencia hasta 01/12/2018 MENOS de los 120 días solicitados en los términos de referencia, por lo que debe ajustarse la vigencia y valor de cobertura de la garantía, acorde con lo solicitado en los términos de referencia.

INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S.

Se presenta certificado de Registro Único de Proponentes de la Cámara de Bogotá del 10/04/2018, supera los 3 meses de expedición del documento solicitado en los términos de referencia. Deberá aportar el RUP expedido dentro de los 3 últimos meses, acorde con lo solicitado en los términos de referencia.

HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.S.

No aportó el certificado de existencia y representación legal. Deberá aportar el CERL expedido dentro de los 3 últimos meses, acorde con lo solicitado en los términos de referencia.

El formato del SARIAFT, obligado por la circular 009 de 2016 de la Supersalud no se encuentra diligenciado correctamente, porque no se consigna dirección y teléfono de residencia del representante legal. Es importante recordar que en estos formatos no se deben dejar espacios en blanco.

AMAREY NOVA MEDICAL S.A

En el formato del SARLAFT, obligado por la circular 009 de 2016 de la Supersalud, no se encuentra diligenciado correctamente, No se consigna dirección y teléfono de residencia del representante legal y no se consignó número de celular del representante legal. Es importante recordar que en estos formatos no se deben dejar espacios en blanco.

GBARCO S.A

En el formato del SARLAFT, obligado por la circular 009 de 2016 de la Supersalud, no se encuentra diligenciado correctamente, no se consignó número de celular del representante legal y no se especifican en las casillas correspondientes que tipo de operaciones internacionales realizan,

B. EVALUACION FINANCIERA

Los requisitos financieros de las propuestas recibidos, fueron evaluados por la Profesional Universitaria de Costos, quien verifica la documentación y los indicadores de orden financiero, solicitados por la entidad en los términos y aportados por los proponentes, dando como resultado lo siguiente:

1. ABA CIENTIFICA S.A
2. QUIK S.A.S
3. INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S
4. LM INSTRUMENTS S.A
5. EQUITRONIC S.A.S
6. PROKONTROL S.A.S
7. DOTA SALUD JC S.A.S
8. KAIKA S.A.S
9. AMAREY NOVA MEDICAL S.A
10. HOSPI MEDIOCS MEDELLIN S.A

Los siguientes proponentes deberán subsanar requisitos financieros:

NEW STETIC S.A.

No aportó la tarjeta profesional del contador por ambas caras, aportó la del revisor fiscal. Deben aportar la tarjeta profesional del contador que certifique el balance por ambas caras que sea legible

BIOCLINICOS DE COLOMBIA S.A.S.

No aportó la tarjeta profesional del contador, por ambas caras. Deben aportar la tarjeta profesional del contador que certifique el balance por ambas caras que sea legible

MEDICAL DEVICES S.A.S.

No aportó la tarjeta profesional del contador por ambas caras, aportó la del revisor fiscal. Deben aportar la tarjeta profesional del contador que certifique el balance por ambas caras que sea legible

CTL COMPANY LTDA

Presentó el balance general y el estado de resultados del año 2016 y se solicitó en los términos de referencia los estados financieros del año 2017, adicionalmente deben verificar que la tarjeta profesional del contador de los estados financieros del año 2017, si sea la aportada. Deben aportar estados financieros del año 2017 y la tarjeta profesional del contador que certifica el balance por ambas caras que sea legible

DRAEGER COLOMBIA S.A

No aportó la tarjeta profesional del contador, por ambas caras. Deben aportar la tarjeta profesional del contador que certifique el balance por ambas caras que sea legible.

TECNICA ELECTROMEDICA S.A

La tarjeta profesional del contador aportada, no es legible. Deben aportar la tarjeta profesional del contador que certifique el balance por ambas caras que sea legible.

GBARCO S.A

La tarjeta profesional del contador aportada, no es legible. Deben aportar la tarjeta profesional del contador que certifique el balance por ambas caras que sea legible

C. EVALUACION TECNICA

Los requisitos técnicos de las propuestas recibidas, fueron evaluados por el Líder del Programa de Contratación y por la Ingeniera Biomédica Dra Natalia Arcila Escudero, según informes anexos al expediente, con los siguientes resultados, en las que se evidencian los requisitos que se deben subsanar.

1. Revisados los Registros sanitarios aportados, se encuentra que las siguientes propuestas de equipos y dispositivos cumplen con los registros sanitarios.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	REGISTRO SANITARIO NUMERO	PROPONENTE
1	Aspirador portátil	CA-MI	310100	2014DM-0011987	Aba Científica S.A.S.
1	Aspirador portátil	CA-MI	REF. 310100	2014DM-0011987	New Stetic
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	2014DM-0011987	Hospimedicos Medellín
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	2014DM-0011987	Prokonrol S.A.S.
1	Aspirador portátil	CA-MI	ASKIR 30	2014DM-0011987	Técnica Electromédica
1	Aspirador portátil	SMAF	YX930D	2017DM-0001310-R1	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
1	Aspirador portátil	MEDELA	VARIO 18 AC/DC Ref. 026.5120	2011DM-0007997	LM Instrument
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	2013DN-0010405	G-Barco
2	Balanza Pesa bebe	CHARDER	MS3500	2013DM-0010300	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH	REF: 522 KL	2013DM-0010061	New Stetic
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	2013DM-0010405	Técnica Electromédica
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	2013DM-0010061	Aba Científica S.A.S.
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	2013DM-0010061	Hospimedicos Medellín
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	2013DM-0010061	Dotasalud
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522KL	2013DM-0010061	Prokonrol S.A.S.
3	Balanza con talímetro	HEALTH O METER	500 KL	2013DM-0010061	Aba Científica S.A.S.
3	Balanza con talímetro	HEALTH	REF: 500 KL	2013DM-0010061	New Stetic
3	Balanza con talímetro	HEALTH O METER	500 KL	2013DM-0010061	Hospimedicos Medellín
3	Balanza con talímetro	CHARDER	MS4900	2013DM-0010300	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
3	Balanza con talímetro	HEALTH O METER	597 KL	2013DM-0010061	Dotasalud
3	Balanza con talímetro	SECA	703	2013DN-0010405	G-Barco
3	Balanza con talímetro	SECA	703S	2013DM-0010405	Técnica Electromédica
4	Cinta métrica	KRAMER	0308	NO REQUIERE	Aba Científica S.A.S.
4	Cinta métrica	KRAMER	01-001922	NO REQUIERE	Bioclinicos de Colombia
4	Cinta métrica	SECA	211	NO REQUIERE	G-Barco
4	Cinta métrica	SECA	201	NO REQUIERE	Técnica Electromédica

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	REGISTRO SANITARIO NUMERO	PROPONENTE
4	Cinta métrica	SECA	201	NO REQUIERE	Dofasulud
4	Cinta métrica	SECA	201	N/A	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados.	HELMER	lp1105	2016DM-0015174	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
6	Electrocardiografo	SCHILLER	AT-1 G2	2016DM-0015069	Aba Científica S.A.S.
6	Electrocardiografo	SCHILLER	AT-1-G2	2014DM-0011889	New Stetic
6	Electrocardiografo	NIHON KOHDEN	ECG 2150	2008DM-0001890	Amarey
6	Electrocardiografo	SCHILLER	AT-1 G2	2014DM-0011889	Hospimedicos Medellin
6	Electrocardiografo	General electric	Mac 600	2008DM-0001541	G-Barco
6	Electrocardiografo	EDAN	SE-12 EXPRESS	2017DM-0001038-R1	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
6	Electrocardiografo	SCHILLER	AT-101	2017DM-0011889	Prokonrol S.A.S.
6	Electrocardiografo	ADVANCED	ECG 12	2016DM-0014399	M&D
6	Electrocardiografo	PHILIPS	PageWiler TC10	2010DM-0005852	kaika
6	Electrocardiografo	General electric	Mac 2000	2008DM-0001541	G-Barco
6	Electrocardiografo	Mortara	EU230	2009DM-0003313	IE
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71ML	2012DM-0009186	Aba Científica S.A.S.
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	REF: 77710-71	2017DM-0017343	New Stetic
7	Equipo de Organos	RIESTER	Ri Former para 2 mangos 3653-300 Riestler	2017DM-0001459-R1	Dofasulud
7	Equipo de Organos	WECH ALLYN	KII77710-71ML	2012DM-000918 2017DM-0017337 2017DM-0017343	Tecnica Electromedica
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71	2012DM-0009186	Bioclínicos de Colombia
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71	2017DM-0017337 – 2017DM-0017343	Hospimedicos Medellin
7	Equipo de Organos	RIESTER	3651-300 10565-301 10595-301	2017DM-0001459-R1	LM Instrument
7	Equipo de Organos	RIESTER	Ri-former LED	2017DM-0001459-R1	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
8	Equipo para descongelar plasma	SARSTEDT	MAXITHERM	2010023956	Quik
8	Equipo para descongelar plasma	HELMER	DH4	N/A	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
8	Equipo para descongelar plasma	HELMER	DHA 500809-1	NO REQUIERE	Tecnica Electromedica
9	Estimulador de nervio periférico	PAJUNK	MULTISTIM 1151-94-32	2009DM-0003898	LM Instrument

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	REGISTRO SANITARIO NUMERO	PROPONENTE
9	Estimulador de nervio periferico	B.BRAUN	4892098	2008DM-0002657	Aba Científica S.A.S.
9	Estimulador de nervio periferico	B-BRAUN	STIMUPLEX HNS 12	2008DM-0002657	Técnica Electromédica
10	Fonendoscopio	RIESTER	4210-01	2017DM-0001461-R1	LM Instrument
10	Fonendoscopio	RIESTER	DUPLEX 2.0	2017DM-0001461	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	2017DM-0017258	Aba Científica S.A.S.
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	REF: 5076-135	2017DM-0017258	New Stetic
10	Fonendoscopio	WECH ALLYN	5079-135	2017DM-0017258	Técnica Electromédica
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	2017DM-0017258	Dotasalud
10	Fonendoscopio	3M	LITMANN CLASIC III 5620	2016-0014924	Bioclinicos de Colombia
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	2017DM-0017258	Hospimedicos Medellin
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	2017DM-0017258	Prokontrol S.A.S.
11	Infantometro	HEALTH	REF: BABYHR	NR	New Stetic
11	Infantometro	HEALTH O METER	BABYHR	NO REQUIERE	Bioclinicos de Colombia
11	Infantometro	SECA	417	NO REQUIERE	G-Barco
11	Infantometro	KRAMER	01003370-02	NO REQUIERE	Aba Científica S.A.S.
11	Infantometro	SECA	417	N/A	Técnica Electromédica
11	Infantometro	KRAMER		N/A	Hospimedicos Medellin
11	Infantometro	SECA	417	NO REQUIERE	Dotasalud
11	Infantometro	SECA	417	N/A	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
12	Lampara cirúrgica	Drager	Polaris 100/200	2013DM10329	Drager
12	Lampara cirúrgica	SIMEON	SIM LED 450/700 SC	2014DM-0012420	Amarey
12	Lampara cirúrgica	GEM	GLED 700/700	2015DM-0013436	M&D
12	Lampara cirúrgica	TRILUX	AURINIO WAVE	2013DM-0010771	G-Barco
12	Lampara cirúrgica	ADMECO	5SL/4SL-D	INVIMA 2014DM-0011841	kalka
12	Lampara cirúrgica	MAQUET	VOLISTA STANDOP 400-600	2014DM-0011756	Prokontrol S.A.S.
12	Lampara cirúrgica	MINDRAY	HYLED 760/760	2013DM-0010460	Técnica Electromédica
13	Lampara Cuello de cisne	DR MACH	LED 110	2014DM-0011120	Equitronic
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	44400 BASE MOVIL	2013DM-0009826	Aba Científica S.A.S.
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	REF:44400	2013DM-0009826	New Stetic
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	2013DM-0009826	Bioclinicos de Colombia
13	Lampara Cuello de cisne	WECH ALLYN	GS300	2013DM-0009826	Técnica Electromédica
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	2013DM-0009826	Hospimedicos Medellin
13	Lampara Cuello de cisne	RIESTER	6250	2013DM-0009962	LM Instrument
13	Lampara Cuello de cisne	RIESTER	RI MAGIC	2013DM-0009962	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	REGISTRO SANITARIO NUMERO	PROPONENTE
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS IV	2013DM-009826	Dotasalud
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	MACINTOSH MILLER	2018DM-0018133	Prokontrol S.A.S.
14	Laringoscopio	RIESTER	Mango ref. 12311, hojas 12275, 12276, 12262, 12263, 12264	2017DM-0001458-R1	Dotasalud
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	KIT MANGO	2018DM-0018133	Tecnica Electromedica
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813 LED	2018DM-001813	Bioclinicos de Colombia
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	5079135	2018DM-0018133	New Stetic
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN		2018DM-0018133	Hospimedicos Medellin
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60835	2018DM-0018133	Aba Cientifica S.A.S.
14	Laringoscopio	SUNMED	5-5272-47	2017DM-0016955	LM Instrument
14	Laringoscopio	RIESTER	RI MODUL	2018001458R1	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
15	Martillos de reflejos	LORD	1-350	N/A	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	1-350	NO REQUIERE	Dotasalud
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	BUCK	NO REQUIERE	Bioclinicos de Colombia
15	Martillos de reflejos	BUCK	BUCK 3	2016DM-0015021	Tecnica Electromedica
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	02.308.18	2017DM-0000933-R1	Aba Cientifica S.A.S.
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	230818	NR	New Stetic
15	Martillos de reflejos	AVELLANUS	002-04008-18	2011DM-0008261	Prokontrol S.A.S.
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	BUCK 3 SERVICIOS	N/A	Hospimedicos Medellin
16	Mesa de cirugía para ortopedia	GEM	ET700	2015DM-0013435	M&D
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	DR MAX	2015DM-0013344	G-Barco
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	7000SP	2015DM-0012805	Equifronic
16	Mesa de cirugía para ortopedia	Schmitz	RC30 LG	2014DM-0012215	Draeger
16	Mesa de cirugía para ortopedia	MAQUET	MEERA	2016DM-0015120	Prokontrol S.A.S.
17	Monitor de Signos vitales	UNICARE	F8	2018EBC-0018025	M&D
17	Monitor de Signos vitales	EDAN	IM70	2008EBC-0002816	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
17	Monitor de Signos vitales	MINDRAY	IMEC 15	2016EBC-0014448	Tecnica Electromedica
17	Monitor de Signos vitales	Draeger	Vista 120	2011EBC007844	Draeger
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	HELMER	HLR111	2016DM-0015174	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	REGISTRO SANITARIO NUMERO	PROPONENTE
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	RANGER 1M 245	2010DM-0005465	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	LEVEL 1	HL-90 L-70-NI	2009EBC-0004359	LM Instrument
20	Tallímetros	KRAMER	01-006422	NO REQUIERE	Bioclinicos de Colombia
20	Tallímetros	WANSUM	REF MS-102	NR	New Stetic
20	Tallímetros	HEALTH O METER	01006426-02	NO REQUIERE	Aba Científica S.A.S.
20	Tallímetros	SECA	216	NO REQUIERE	Dotasalud
20	Tallímetros	SECA	417	NO REQUIERE	G-Barco
20	Tallímetros	HEALTH O METER	PORTROD	N/A	Hospimedicos Medellín
20	Tallímetros	SECA	222	N/A	Técnica Electromédica
20	Tallímetros	SECA	216	N/A	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
21	Termohigrometro	ALLA FRANCE	91000-0027/B	NO REQUIERE	Aba Científica S.A.S.
21	Termohigrometro	NEEWER	TA-318	N/A	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
21	Termohigrometro	3 SENSE TECHNOLOGY	PRO-E	N/A	CTL Company
22	Termometro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	NO REQUIERE	Aba Científica S.A.S.
22	Termometro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	N/A	Hospimedicos Medellín
22	Termometro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	N/A	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
22	Termometro digital	WELCH ALLYN	REF: 01692-500	2008DM-0002616	New Stetic

Los siguientes proponentes deberán subsanar requisitos técnicos del registro sanitario, que no cumplen

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	REGISTRO SANITARIO	PROPONENTE	RAZON NO CUMPLIMIENTO
2	Balanza Pesa bebe	ADE	M112800	2013DM-0010555	LM Instrument	En el registro aportado no se evidencia el modelo ofertado
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	550 KL	NO REQUIERE	Bioclinicos de Colombia	No aportó el registro sanitario
3	Balanza con tallímetro	ADE	M20600-01 M210023-1	2013DM-0010555	LM Instrument	En el registro aportado no se evidencia el modelo ofertado
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	597 KL	NO REQUIERE	Bioclinicos de Colombia	No aportó el registro sanitario
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados.	HELMER	IPF105	NO REQUIERE	Técnica Electromédica	No aportó el registro sanitario
12	Lampara cirúrgica	DR MACH	HEAVY AXIS 300DFR+LED 150FP	2014DM-0011120	Equitronic	En el registro aportado no se evidencia los dos modelos ofertados

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	REGISTRO SANITARIO	PROPONENTE	RAZON NO CUMPLIMIENTO
17	Monitor de Signos vitales	General electric	840	2008EBC-0001978	G-Barco	El registro sanitario aportado esta vencido, debe anexar la renovación del registro o en su defecto la radicación de la solicitud de renovación del registro
17	Monitor de Signos vitales	NIHON KOHDEN	PVM-2701	2008EBC-0002183	Amarey	El registro vence en un mes, debe anexar la renovación del registro o en su defecto la radicación de la solicitud de renovación del registro
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	RISS TECHNOLOGY	RVLAB-12V	N/A	CIL Company	No aporte el registro sanitario
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	B MEDICAL SYSTEM	P 380	216DM-0015059	Técnica Electromédica	En el registro aportado no se evidencia el modelo ofertado
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	245	2010DM-0005465	Técnica Electromédica	No aporte el registro sanitario

2. Verificado el cumplimiento del anexo 8 garantías de repuestos y servicios de mantenimiento de cada una de las ofertas presentada, se encuentra que los 17 oferentes, cumplen con el requisito y son habilitados en este aspecto.

3. Cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas

Verificadas las condiciones técnicas de los equipos requeridos por la empresa con la información aportada, se especifica a continuación cuales equipos cumplen o no cumplen con las condiciones establecidas, de la siguiente manera.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Aspirador portátil	CA-MI	310100	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
1	Aspirador portátil	CA-MI	REF. 310100	New Stetic	CUMPLE	
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	Hospimedicos Medellín	CUMPLE	
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
1	Aspirador portátil	CA-MI	ASKIR 30	Técnica Electromédica	CUMPLE	

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Aspirador portátil	SMAF	YX930D	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	NO CUMPLE	Se evidencia que el aspirador ofrecido no es portátil No especifica si cumple con protección de sobre flujo y filtro hidrológico
1	Aspirador portátil	MEDELA	VARIO 18 AC/DC Ref. 026.5120	LM Instrument	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento de flujo mayor a 25 /min. No especifica; si cumple con protección de sobre flujo y filtro hidrológico.
2	Balanza Pesa bebe	ADE	M112800	LM Instrument	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	G-Barco	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	CHARDER	MS3500	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH	REF: 522 KL	New Stetic	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	Técnica Electromédica	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	550 KL	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Dofosalud	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522KL	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
3	Balanza con tallmetro	HEALTH O METER	500 KL	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento técnico de Capacidad hasta 250 kilos
3	Balanza con tallmetro	HEALTH	REF: 500 KL	New Stetic	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento técnico de Capacidad hasta 250 kilos
3	Balanza con tallmetro	HEALTH O METER	500 KL	Hospimedicos Medellin	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento técnico de Capacidad hasta 250 kilos
3	Balanza con tallmetro	ADE	M20600-01 MZ10023-1	LM Instrument	CUMPLE	

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3	Balanza con tallímetro	CHARDER	MS4900	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	597 KL	Bioclínicos de Colombia	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	597 KL	Dotasalud	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	SECA	703	G-Barco	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	SECA	703S	Técnica Electromédica	CUMPLE	
4	Cinta métrica	KRAMER	0308	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento técnico de Medición hasta 2 metros, no tiene la división de 1 mm
4	Cinta métrica	KRAMER	01-001922	Bioclínicos de Colombia	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento técnico de Medición hasta 2 metros, no tiene la división de 1 mm
4	Cinta métrica	SECA	211	G-Barco	CUMPLE	
4	Cinta métrica	SECA	201	Técnica Electromédica	CUMPLE	
4	Cinta métrica	SECA	201	Dotasalud	CUMPLE	
4	Cinta métrica	SECA	201	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitado	HELMER	Ip1105	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados	HELMER	IPF105	Técnica Electromédica	CUMPLE	
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-1 G2	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple con los siguientes requerimientos técnicos • Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV No Especifica en la oferta; • Detección de marcapasos • Sistema de detección de mala conexión de cualquier

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						electrodo - Tipo de ritmo seleccionable de entre las 12 derivaciones, aparte de los trazos simultáneos - Realizar un D2 largo de forma simultánea - Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del paciente - Aprobado por la CE o FDA - Alarma de batería baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER		New Stetic	NO CUMPLE	No cumple con los siguientes requerimientos técnicos - Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz - Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV No Especifica en la oferta: - Detección de marcapasos - Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo - Tipo de ritmo seleccionable de entre las 12 derivaciones, aparte de los trazos simultáneos - Realizar un D2 largo de forma simultánea - Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del paciente - Aprobado por la CE o FDA - Alarma de batería baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo
6	Electrocardiógrafo	NIHON KOHDEN	ECG 2150	Amarey	NO CUMPLE	No cumple con los siguientes requerimientos técnicos

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-1 G2	Hospimedicos Medellin	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> - Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz - Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV <u>No Especifica en la oferta:</u> - Detección de marcapasos - Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo - Tira de rítmico seleccionable de entre las 12 derivaciones, aparte de los trazos simultáneos - Realizar un D2 largo de forma simultánea - Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del paciente - Aprobado por la CE o FDA - Alarma de batería baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo
6	Electrocardiógrafo	General Electric	Mac 600	G-Barco	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> Detección de marcapasos
6	Electrocardiógrafo	MORTARA	ELI230	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> - Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV - Sistemas de información: Los equipos colizados deben tener la capacidad de interface o interoperabilidad con la historia clínica electrónica con exportación de los datos en formato DICOM para imágenes diagnósticas y Protocolo HL7 (en su defecto JPG, PDF, TIFF o

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						BMP, para registros clínicos y diagnósticos, por medio de Conectividad vía BLUETOOTH, WIFI, LAN o SERIAL. <u>No Especifica en la oferta:</u> • Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz
6	Electrocardiógrafo	EDAN	SE-12 EXPRESS	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • Sistemas de información: Los equipos colizados deben tener la capacidad de interface o interoperabilidad con la historia clínica electrónica con exportación de los datos en formato DICOM para imágenes diagnósticas y Protocolo HL7 (en su defecto JPG, PDF, TIFF o BMP) para registros clínicos y diagnósticos, por medio de Conectividad vía BLUETOOTH, WIFI, LAN o SERIAL. <u>No Especifica en la oferta</u> si está aprobado por la CE o FDA.
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-101	Prokontrol S.A.S.	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV • Sistemas de Información: Los equipos colizados deben tener la capacidad de interface o interoperabilidad con la historia clínica electrónica con exportación de los datos en formato DICOM para imágenes diagnósticas y Protocolo HL7 (en su defecto JPG, PDF, TIFF o BMP) para registros clínicos y diagnósticos, por medio de Conectividad vía BLUETOOTH, WIFI, LAN o SERIAL.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
6	Electrocardiógrafo	ADVANCED	ECG 12	M&D	NO CUMPLE	No cumple estos <u>requerimientos técnicos</u> • Sistemas de información: Los equipos colizados deben tener la capacidad de interface o interoperabilidad con la historia clínica electrónica con exportación de los datos en formato DICOM para imágenes diagnósticas y Protocolo HL7 (en su defecto JPG, PDF, TIFF o BMP) para registros clínicos y diagnósticos, por medio de Conectividad via BLUETOOTH, WIFI, LAN o SERIAL. No Especifica en la oferta si <u>cumple con:</u> • Programa de interpretación para pacientes adulto pediátrico • Alarma de batería baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo • Filtrros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz
6	Electrocardiógrafo	PHILIPS	PageWriter IC10	kaika	CUMPLE	
6	Electrocardiógrafo	General electric	Mac 2000	G-Barco	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	77710-71ML	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	REF: 77710-71	New Stetic	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	RIESTER	Ri Former para 2 mongos 3653-300 Riester	Dotasalud	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	KIT77710-71ML	Técnica Electromedica	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	77710-71	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	77710-71	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	RIESTER	3651-300 10565-301 10595-301	LM Instrument	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	RIESTER	Ri-former LED	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
8	Equipo para descongelar plasma,	SARSTEDT	MAXITHERM	Quik	CUMPLE	
8	Equipo para descongelar plasma,	HELMER	DH4	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
8	Equipo para descongelar plasma,	HELMER	DHA 500809-1	Técnica Electromédica	CUMPLE	
9	Estimulador de nervio periférico	PAJUNK	MULTISTIM 1151-94-32	LM Instrument	NO CUMPLE	No se evidencia en la oferta el parámetro de la precisión de 0.02 Ma
9	Estimulador de nervio periférico	B.BRAUN	4892098	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	En la ficha aportada no se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas requeridas
9	Estimulador de nervio periférico	B-BRAUN	STIMUPLEX HNS 12	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	En la ficha aportada no se evidencia el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas requeridas
10	Fonendoscopio	RIESTER	4210-01	LM Instrument	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	RIESTER	DUPLEX 2.0	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	REF: 5076-135	New Stelic	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Técnica Electromédica	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Dolosalud	CUMPLE	

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
10	Fonendoscopio	3M	LITTMANN CLASIC III 5620	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
11	Infantometro	HEALTH	REF: BABYHR	New Stetic	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento técnico, del tope móvil, ya que este no es desprendible
11	Infantometro	HEALTH O METER	BABYHR	Bioclinicos de Colombia	NO CUMPLE	No cumple con el requerimiento técnico, del tope móvil, ya que este no es desprendible
11	Infantometro	SECA	417	G-Barco	CUMPLE	
11	Infantometro	KRAMER	01003370-02	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
11	Infantometro	SECA	417	Técnica Electromédica	CUMPLE	
11	Infantometro	KRAMER		Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
11	Infantometro	SECA	417	Dolasalud	CUMPLE	
11	Infantometro	SECA	417	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
12	Lámpara cirúrgica	Drager	Polaris 100/200	Draeger	NO CUMPLE	No Especifica en la oferta el cumplimiento de que cuente con Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas
12	Lámpara cirúrgica	SIMEON	SIM LED 450/700 SC	Amarey	NO CUMPLE	No Especifica en la oferta el cumplimiento de que cuente con energía de radiación 595 W/m2 máxima por cabezal
12	Lámpara cirúrgica	GEM	GLED 700/700	M&D	NO CUMPLE	No Especifica en la oferta el cumplimiento de que cuente con con luz blanca Leds y fría libre de Infrarrojo y ultravioleta, ensamblado en base de aluminio

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
12	Lámpara cielítica	DR MACH	HEAVY AXIS 300DFR+LED 150FP	Equitronic	NO CUMPLE	No cumple con los siguientes requerimientos técnicos: • Intensidad luminosa homogénea de un satélite hasta 120,000 como mínimo y del otro satélite hasta 160,000 luxes a 1m de distancia de la fuente por cada satélite. No Especifica en la oferta, que cumple con: • Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas • Energía de radiación 595 W/m2 máxima por cabezal
12	Lámpara cielítica	TRILUX	AURINIO WAVE	G-Barco	NO CUMPLE	No Especifica en la oferta que cumple con: • Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas • Tamaño del campo de trabajo: Diámetro ajustable de 20 cm o mayor y profundidad constante de 75 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin re-enfoque • Lámparas con luz blanca y fría libre de infrarrojo y ultravioleta, ensamblado en base de aluminio
12	Lámpara cielítica	ADMECO	SSL/4SL-D	kalika	CUMPLE	
12	Lámpara cielítica	MAQUET	VOLISTA STANDOP 400-600	Prokontrol S.A.S.	NO CUMPLE	No Especifica en la oferta el cumplimiento de que cuente con dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas
12	Lámpara cielítica	MINDRAY	HYLED 760/760	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	No cumple con los siguientes requerimientos técnicos: • Temperatura de color dentro del rango de 4500 a 5000 ° Kelvin en el campo operatorio o mayor No Especifica en la oferta el

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						cumplimiento de que cuenta: • Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas • Libre de sombras a la interposición de cuerpos • LEDS con luz blanca y fría libre de infrarrojo y ultravioleta, ensamblado en base de aluminio
13	Lámpara Cuello de cisne	DR MACH	LED 110	Equitronic	NO CUMPLE	No cumple el requerimiento técnico de temperatura de color inferior a 5000 Kelvin
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	44400 BASE MOVIL	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	REF:44400	New Stetic	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS300	Técnica Electromédica	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	Hospimedicos Medellín	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	RIESTER	6250	LM Instrument	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	RIESTER	RI MAGIC	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS IV	Dotasalud	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	MACINTOSH MILLER	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
14	Laringoscopio	RIESTER	Mango ref. 12311, hojas 12275, 12276, 12262, 12263, 12264	Dotasalud	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	KIT MANGO	Técnica Electromédica	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813 LED	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	New Stetic	CUMPLE	

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60835	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
14	Laringoscopio	SUNMED	5-5272-47	LM Instrument	CUMPLE	
14	Laringoscopio	RIESTER	RI MODUL	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	LORD	1-350	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	HOSPITAL	1-350	Dotosalud	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	HOSPITAL	BUCK	Bloclínicos de Colombia	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	BUCK	BUCK 3	Técnica Electromédica	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	DIMEDA	02.308.18	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	DIMEDA		New Stetic	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	AVELLANUS	002-04008- 18	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
15	Mortillos de reflejos	DIMEDA	BUCK 3 SERVICIOS	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
16	Mesa de cirugía para ortopedia	GEM	E1700	M&D	NO CUMPLE	<u>No cumple con los siguientes requerimientos técnicos</u> • Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto y a la corrosión, que garantice su buen estado durante el tiempo de vida útil • Cojines antiestáticos, removibles, sin costuras y termosellado, sin memoria, antiescaras y de fácil limpieza de mínimo 6 cm <u>No Especifica en la oferta el cumplimiento de que cuenta con estructura de la superficie y rieles laterales en acero</u>

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						inoxidable o acero al cromo níquel
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	DR MAX	G-Barco	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos:</u> - Ancho del tablero de la mesa de 54 cm como mínimo - Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 20 a - 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera <u>No especifica en la oferta el cumplimiento de:</u> - Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel - Sistema de emergencia manual que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falta de fluido eléctrico y/o batería con indicador de carga y autonomía de 6 horas
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	7000SP	Equitronic	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos:</u> - Ancho del tablero de la mesa de 54 cm como mínimo - Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 20 a - 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera <u>No Especifica en la oferta, el cumplimiento de:</u> - Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto y a la corrosión, que garantice su buen estado durante el tiempo de vida útil - Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						cromo níquel • Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel
16	Mesa de cirugía para ortopedia	Schmitz	RC30 LG	Draeger	CUMPLE	
16	Mesa de cirugía para ortopedia	MAQUET	MEERA	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
17	Monitor de Signos vitales	UNICARE	F8	M&D	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos:</u> • ECG: Frecuencia cardiaca, ECG que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos, Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica. • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/C -150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>No Especifica en la oferta si el equipo cumple con la</u> Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
17	Monitor de Signos vitales	EDAN	IM70	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple los siguientes requerimientos técnicos: • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. No Especifica en la oferta, si el equipo cumple con la Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
17	Monitor de Signos vitales	MINDRAY	IMEC 15	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	No cumple el siguiente requerimiento técnico: • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. No Especifica en la oferta, si el equipo cumple con la capacidad de interface con el sistema de información

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						hospitalaria mediante protocolo HL7.
17	Monitor de Signos vitales	Drager	Vista 120	Drager	NO CUMPLE	<u>No cumple con los siguientes requerimientos técnicos:</u> • ECG: Frecuencia cardiaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica. • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0 - 150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
17	Monitor de Signos vitales	General electric	B40	G-Barco	NO CUMPLE	<u>No cumple con los siguientes requerimientos técnicos:</u> • ECG: Frecuencia cardiaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica. • Saturación de Oxígeno (SpO2): Saturación de Oxígeno (SpO2): Saturación de O2 (SpO2) rango de 1 a 100%. Despliegue numérico y

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						gráfico. Respiración: con un rango de 6 a 150 rpm. • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>No Especifica</u> en la oferta, si el equipo cumple con la capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
17	Monitor de Signos vitales	NIHON KOHDEN	PVM-2701	Amarey	CUMPLE	
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	RISS TECHNOLOGY	RVLAB-12V	CTL Company	CUMPLE	
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	HELMER	HLR111	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y	B MEDICAL SYSTEM	P 380	Técnica Electromédica	CUMPLE	

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	reactivos con termómetro interno para control de temperatura					
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	RANGER TM 245	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	245	Técnica Electromédica	CUMPLE	
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	LEVEL 1	HL-90 L-70-NI	LM Instrument	CUMPLE	
20	Tallímetros	KRAMER	01-006422	Bioclínicos de Colombia	NO CUMPLE	No cumple con el Rango de medición solo hasta 2 mts
20	Tallímetros	WANSUM	REF MS-102	New Stelic	NO CUMPLE	No se pudo evidenciar la ficha técnica del elemento
20	Tallímetros	HEALTH O MEIER	01006426-02	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple con el Rango de medición hasta 210.82 cms
20	Tallímetros	SECA	216	Dofasalud	CUMPLE	
20	Tallímetros	SECA	216	G-Barco	CUMPLE	
20	Tallímetros	HEALTH O MEIER	PORTROD	Hospimedicos Medellín	NO CUMPLE	No cumple con el rango de medición hasta 210.82 cms
20	Tallímetros	SECA	222	Técnica Electromédica	CUMPLE	
20	Tallímetros	SECA	216	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
21	Termohigrómetros	ALLA FRANCE	91000-0027/B	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple con la especificación de precisión de temperatura +/- 3%
21	Termohigrómetros	NEEWER	TA-318	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
21	Termohigrómetros	3 SENSE TECHNOLOGY	PRO-E	CTL Company	CUMPLE	
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	Hospimedicos Medellín	CUMPLE	
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
22	Termómetro digital	WEICH ALLYN	REF: 01692-500	New Stetic	NO CUMPLE	No cumple con el rango de temperatura interna no menor a -10°C a 50°C. Es un termómetro corporal

Estos criterios técnicos son objeto de aclaración o subsanación, de conformidad con los criterios definidos en los términos de referencia.

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:

La entidad procederá con la aplicación de los criterios de calificación una vez los proponentes subsanen los requisitos jurídicos, financieros y técnicos solicitados en la presente evaluación preliminar, con los proponentes que resulten habilitados.

Para efectos informativos y sin aplicarse los criterios de calificación, se dan a conocer las ofertas económicas presentadas dentro del proceso de selección.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO + IVA	PROPONENTE
1	Aspirador portátil	CA-MI	310100	626,018.54	Aba Científica S.A.S.
1	Aspirador portátil	CA-MI	REF. 310100	676,726.40	New Stetic
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	784,609.84	Hospimedicos Medellín
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	797,657.00	Prokontrol S.A.S.
1	Aspirador portátil	CA-MI	ASKIR 30	940,100.00	Tecnica Electromedica
1	Aspirador portátil	SMAF	YX930D	1,472,200.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
1	Aspirador portátil	MEDELA	VARIO 18 AC/DC Ref. 026.5120	9,639,000.00	LM Instrument
2	Balanza Pesa bebe	ADE	M112800	428,400.00	LM Instrument
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	499,800.00	G-Barco
2	Balanza Pesa bebe	CHARDER	MS3500	617,457.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH	REF: 522 KL	676,726.40	New Stetic
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	778,260.00	Tecnica Electromedica
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	798,481.67	Aba Científica S.A.S.
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	979,471.15	Hospimedicos Medellín
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	550 KL	1,030,698.27	Bloclinicos de Colombia
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	1,125,740.00	Dotasalud
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522KL	1,140,853.00	Prokontrol S.A.S.
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	500 KL	1,278,550.28	Aba Científica S.A.S.
3	Balanza con tallímetro	HEALTH	REF: 500 KL	1,352,706.42	New Stetic

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO + IVA	PROPONENTE
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	500 KL	1,568,355.74	Hospimedicos Medellín
3	Balanza con tallímetro	ADE	M20600-01 M210023-1	1,725,500.00	LM Instrument
3	Balanza con tallímetro	CHARDER	MS4900	1,865,348.80	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	597 KL	2,543,744.00	Bioclinicos de Colombia
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	597 KL	2,400,150.00	Dotasalud
3	Balanza con tallímetro	SECA	703	2,730,740.60	G-Barco
3	Balanza con tallímetro	SECA	703S	3,299,870.00	Técnica Electromédica
4	Cinta métrica	KRAMER	0308	9,183.23	Aba Científica S.A.S.
4	Cinta métrica	KRAMER	01-001922	10,789.73	Bioclinicos de Colombia
4	Cinta métrica	SECA	211	26,775.00	G-Barco
4	Cinta métrica	SECA	201	27,965.00	Técnica Electromédica
4	Cinta métrica	SECA	201	32,606.00	Dotasalud
4	Cinta métrica	SECA	201	34,113.3	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
5	Congelador para la conservación de plasma	HELMER	Ip1105	34,697,425.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
5	Congelador para la conservación de plasma	HELMER	IPF105	37,666,713.00	Técnica Electromédica
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-I G2	5,217,244.41	Aba Científica S.A.S.
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER		5,794,643.52	New Stetic
6	Electrocardiógrafo	NIHON KOHDEN	ECG 2150	6,128,500.00	Amarey
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-I G2	6,718,740.00	Hospimedicos Medellín
6	Electrocardiógrafo	General electric	Mac 600	6,783,000.00	G-Barco
6	Electrocardiógrafo	MORTARA	EU230	6,999,996.50	Técnica Electromédica
6	Electrocardiógrafo	EDAN	SE-12 EXPRESS	8,561,200.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-101	9,372,083.00	Prokontrol S.A.S.
6	Electrocardiógrafo	ADVANCED	ECG 12	9,516,430.00	M&D
6	Electrocardiógrafo	PHILIPS	PageWriter TC10	10,795,085.00	kaika
6	Electrocardiógrafo	General electric	Mac 2000	18,445,000.00	G-Barco
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71ML	2,325,233.82	Aba Científica S.A.S.
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	REF: 77710-71	2,513,578.42	New Stetic
7	Equipo de Organos	RIESTER	Ri Former para 2 mangos 3653- 300 Riester	2,558,500.00	Dotasalud
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	KII77710-71ML	2,647,750.00	Técnica Electromédica
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71	2,767,146.27	Bioclinicos de Colombia

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO + IVA	PROPONENTE
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71	2,913,120.00	Hospimedicos Medellin
7	Equipo de Organos	RIESTER	3651-300 10565-301 10595-301	2,939,300.00	LM Instrument
7	Equipo de Organos	RIESTER	Ri-former LED	3,412,517.10	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
8	Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.	SARSTEDT	MAXITHERM	19,040,000.00	Quik
8	Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.	HELMER	DH4	25,406,500.00	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
8	Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.	HELMER	DHA 500809-1	28,000,700.00	Tecnica Electromedica
9	Estimulador de nervio periferico	PAJUNK	MULTISTIM 1151-94-32	3,498,600.00	LM Instrument
9	Estimulador de nervio periferico	B.BRAUN	4892098	6,267,007.67	Aba Cientifica S.A.S.
9	Estimulador de nervio periferico	B-BRAUN	STIMUPLEX HNS I2	8,000,013.00	Tecnica Electromedica
10	Fonendoscopio	RIESTER	4210-01	165,410.00	LM Instrument
10	Fonendoscopio	RIESTER	DUPLEX 2.0	231,164.30	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	264,327.56	Aba Cientifica S.A.S.
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	REF: 5076-135	285,700.92	New Stelic
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	303,093.00	Tecnica Electromedica
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	305,830.00	Dotasalud
10	Fonendoscopio	3M	LITTMANN CLASIC III 5620	317,587.20	Bloclinicos de Colombia
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	331,247.21	Hospimedicos Medellin
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	336,770.00	Prokontrol S.A.S.
11	Infantometro	HEALTH	REF: BABYHR	166,851.63	New Stelic
11	Infantometro	HEALTH O METER	BABYHR	180,553.94	Bloclinicos de Colombia
11	Infantometro	SECA	417	501,870.60	G-Barco
11	Infantometro	KRAMER	01003370-02	528,777.69	Aba Cientifica S.A.S.
11	Infantometro	SECA	417	593,334.00	Tecnica Electromedica
11	Infantometro	KRAMER		662,734.80	Hospimedicos Medellin
11	Infantometro	SECA	417	674,730.00	Dotasalud
11	Infantometro	SECA	417	784,606.67	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
12	Lampara cirurgica	Drager	Polaris 100/200	38,080,000.00	Draeger
12	Lampara cirurgica	SIMEON	SIM LED 450/700 SC	38,734,500.00	Amarey
12	Lampara cirurgica	GEM	GLED 700/700	39,713,870.00	M&D
12	Lampara cirurgica	DR MACHI	HEAVY AXIS 300DFR+LED 150FP	40,341,000.00	Equitrone

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO + IVA	PROPONENTE
12	Lampara dental	TRILUX	AURINIO WAVE	52,360,000.00	G-Barco
12	Lampara dental	ADMECO	SSL/4SL-D	67,330,200.00	ka'ka
12	Lampara dental	MAQUET	VOLISTA STANDOP 400-600	68,633,131.00	Prokonrol S.A.S.
12	Lampara dental	MINDRAY	HYLED 760/760	74,557,665.00	Tecnica Electromedica
13	Lampara Cuello de cisne	DR MACH	LED 110	1,309,000.00	Equitronic
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	44400 BASE MOVIL	1,432,054.33	Aba Cientifica S.A.S.
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	REF:44400	1,548,051.03	New Stetic
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	1,675,520.00	Blocinicos de Colombia
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS300	1,719,550.00	Tecnica Electromedica
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	1,794,841.30	Hospimedicos Medellin
13	Lampara Cuello de cisne	RIESTER	6250	2,118,200.00	LM Instrument
13	Lampara Cuello de cisne	RIESTER	RI MAGIC	2,152,342.80	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS IV	3,304,630.00	Dofasalud
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	MACINTOSH MILLER	1,759,177.00	Prokonrol S.A.S.
14	Laringoscopio	RIESTER	Mango ref. 12311, hojas 12275, 12276, 12262, 12263, 12264	1,933,750.00	Dofasalud
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	KIT MANGO	1,951,600.00	Tecnica Electromedica
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813 LED	2,157,866.27	Blocinicos de Colombia
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	2,252,051.09	New Stetic
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	2,611,074.20	Hospimedicos Medellin
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60835	2,928,689.96	Aba Cientifica S.A.S.
14	Laringoscopio	SUNMED	5-5272-47	3,284,400.00	LM Instrument
14	Laringoscopio	RIESTER	RI MODUL	3,468,569.50	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
15	Martillos de reflejos	LORD	1-350	10,821.07	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	1-350	12,614.00	Dofasalud
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	BUCK	13,962.27	Blocinicos de Colombia
15	Martillos de reflejos	BUCK	BUCK 3	14,280.00	Tecnica Electromedica
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	02-308.18	41,472.69	Aba Cientifica S.A.S.
15	Martillos de reflejos	DIMEDA		44,832.06	New Stetic
15	Martillos de reflejos	AVELLANUS	002-04008-18	51,646.00	Prokonrol S.A.S.
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	BUCK 3 SERVICIOS	51,979.20	Hospimedicos Medellin

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO + IVA	PROFONENTE
16	Mesa de cirugía para ortopedia	GEM	ET700	62,513,080.00	M&D
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	DR MAX	95,200,000.00	G-Barco
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	7000SP	102,221,000.00	Equitronic
16	Mesa de cirugía para ortopedia	Schmitz	RC30 LG	128,520,000.00	Draeger
16	Mesa de cirugía para ortopedia	MAQUET	MEERA	215,806,381.00	Prokonrol S.A.S.
17	Monitor de Signos vitales	UNICARE	F8	6,856,780.00	M&D
17	Monitor de Signos vitales	EDAN	IM70	7,260,700.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
17	Monitor de Signos vitales	MINDRAY	IMEC 15	9,180,850.00	Técnica Electromédica
17	Monitor de Signos vitales	Draeger	Vista 120	10,115,000.00	Draeger
17	Monitor de Signos vitales	General electric	B40	14,156,240.00	G-Barco
17	Monitor de Signos vitales	NIHON KOHDEN	PVM-2701	15,113,000.00	Amarey
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	RISS TECHNOLOGY	RVLAB-12V	6,842,500.00	CTL Company
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	HELMER	HLR111	26,031,250.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	B MEDICAL SYSTEM	P 380	42,840,000.00	Técnica Electromédica
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	RANGER IM245	9,740,037.80	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	245	10,038,840.00	Técnica Electromédica
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	LEVEL 1	HL-90 L-70-NI	11,729,830.00	LM Instrument
20	Tallímetros	KRAMER	01-006422	66,893.47	Bioclínicos de Colombia
20	Tallímetros	WANSUM	REF MS-102	82,242.20	New Stetic
20	Tallímetros	HEALTH O METER	01006426-02	154,348.95	Aba Científica S.A.S.
20	Tallímetros	SECA	216	321,300.00	Dotasalud
20	Tallímetros	SECA	216	431,345.25	G-Barco
20	Tallímetros	HEALTH O METER	PORTROD	468,704.11	Hospimedicos Medellín
20	Tallímetros	SECA	222	559,895.00	Técnica Electromédica
20	Tallímetros	SECA	216	616,420.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO + IVA	PROPONENTE
21	Termohigrómetro	ALLA FRANCE	91000-0027/B	94,605.00	Aba Científica S.A.S.
21	Termohigrómetro	NEEWER	TA-318	434,733.97	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
21	Termohigrómetro	3 SENSE TECHNOLOGY	PRO-E	1,636,250.00	CTL Company
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	82,953.7*	Aba Científica S.A.S.
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	103,967.92	Hospimedicos Medellín
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	216,503.39	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
22	Termómetro digital	WELCH ALLYN	REF: 01692-500	1,086,376.88	New Stetic

Como lo señala el cronograma de invitación de esta convocatoria, presentamos el resultado de la evaluación preliminar, la cual se pone a disposición de los proponentes a fin de que presenten las observaciones que consideren pertinentes y para que puedan subsanar la información respectiva, sin que con ello se otorgue la posibilidad de mejorar sus propuestas, para lo cual tendrán plazo hasta el **día veintisiete (27) de Agosto de 2018, hasta las 4:30 p.m.** allegue la documentación requerida y solicitada, con oficio remitido dirigido a la Dirección Administrativa de la ESE Metrosalud, radicándolo en el Centro de Administración Documental del edificio Sacalín, ubicado en la carrera 50 No.44 – 27.

De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 5 de la ley 1882 de 2018, aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por la entidad y entregados por los proponentes hasta el traslado del Informe de evaluación. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la Entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado, por lo tanto los oferentes deben subsanar y aportar la información respectiva, porque de lo contrario de no subsanarlos quedaran eliminadas las ofertas.


OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO
Directora Administrativa

Elaboro: Carlos Alberto Díaz G. Líder de Programa de Contratación
Revisó: Lina Montoya Arredondo. Abogada Oficina de Contratación