

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA LA
DOTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LA E.S.E METROSALUD**

Septiembre 7 de 2018

INFORME DE EVALUACION FINAL DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de este proceso, presentamos el siguiente resultado de la evaluación final de propuestas.

1. TRASLADO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

El informe de evaluación preliminar fue publicado por la empresa en la página web, el día 23 de Agosto de 2018, para el conocimiento y observaciones de todos los interesados.

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS

Dentro del término señalado, fueron radicados en el archivo central de la empresa los siguientes memorandos, con las observaciones a la evaluación preliminar y subsanación de requisitos, tal como se relaciona a continuación:

PROPONENTE	NUMERO DE RADICADO	FECHA DE RADICACION
HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A	R 6155	Agosto 27 de 2018
AMAREY NOVA MEDICAL S.A	R 6190	Agosto 27 de 2018
CTL COMPANY LTDA	R 6188	Agosto 27 de 2018
EQUITRONIC S.A.S.	R 6195	Agosto 27 de 2018
INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S	R 6180	Agosto 27 de 2018
NEW STETIC S.A.	R 6186	Agosto 27 de 2018
LM INSTRUMENTES S.A	R 6187	Agosto 27 de 2018
TECNICA ELECTROMEDICA S.A	R 6158	Agosto 27 de 2018
G BARCO S.A	R 6196	Agosto 27 de 2018
PROKONTROL S.A.S	R 6185	Agosto 27 de 2018
MEDICAL DEVICES S.A.S	R 6172	Agosto 27 de 2018
DRAGER COLOMBIA S.A	R 6184	Agosto 27 de 2018

Se procede a evaluar por parte de la empresa la información aportada y las observaciones presentadas, a las cuales se le da respuesta a cada una de ellas, publicadas en la página web, para conocimiento de todos los interesados.

3. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONDICIONES

Luego del culminado el periodo de traslado del informe preliminar para subsanar los requisitos habilitantes y recibidas las observaciones, se presenta a continuación el informe definitivo:

SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

A. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Proponente que debía subsanar	Criterio que subsana
Amarey Nova Medical S.A.	Subsana requerimiento del formato –SARLAFT-
G. Barco S.A.	Subsana requerimiento del formato –SARLAFT-

Proponente que debía subsanar	Criterio que subsana
Hospimedicos Medellin S.A.	Subsana requerimiento del formato –SARLAFT– y aporta certificado de existencia y representación legal – SUBSANA AMBOS REQUERIMIENTOS
Técnica electromedica S.A.	subsana requisito de vigencia y valor de la póliza
Medical Devices S.A.S.	subsana requisito de vigencia de la póliza
Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	Subsana requisito de Registro Único de proponentes RUP

Por lo anterior, las siguientes propuestas cumplen con todos los requisitos jurídicos

1. ABA CIENTIFICA S.A
2. LM INSTRUMENTS S.A
3. NEW STETIC S.A
4. PROKONTROL S.A.S
5. BIOCLINICOS DE COLOMBIA S.A.S
6. KAIKA S.A.S
7. CESAR TABARES L & CIA LTDA
8. EQUITRONC S.A.S.
9. DOTA SALUD JC S.A.S
10. DRAEGER COLOMBIA S.A
11. QUIK S.A.S
12. MEDICAL SERVICES S.A
13. TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
14. INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S.
15. HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.S
16. AMAREY NOVA MEDICAL S.A
17. GBARCO S.A

B. VERIFICACION DEFINITIVA DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS

De la información aportada por los proponentes, se presenta el siguiente resultado de la evaluación financiera final de propuestas

Proponente	Criterio que subsana
Drager Colombia S.A.	Subsano requisito tarjeta profesional del contador
G. Barco S.A.	Subsano requisito tarjeta profesional del contador
Técnica electromedica S.A.	Subsano requisito tarjeta profesional del contador
New Stetic S.A.	subsano requisito tarjeta profesional del contador
Medical Devices S.A.S.	subsano requisito tarjeta profesional del contador
Bioclinicos de Colombia S.A.S.	subsano requisito tarjeta profesional del contador
CTL Company LIMITADA	Subsano requisito aportando los estados financieros del año 2017

Por lo anterior las siguientes propuestas cumplen con todos los requisitos financieros

1. ABA CIENTIFICA S.A
2. LM INSTRUMENTS S.A
3. NEW STETIC S.A
4. PROKONTROL S.A.S
5. BIOCLINICOS DE COLOMBIA S.A.S
6. KAIKA S.A.S
7. CESAR TABARES L & CIA LTDA

8. EQUITRONC S.A.S.
9. DOTA SALUD JC S.A.S
10. DRAEGER COLOMBIA S.A
11. QUIK S.A.S
12. MEDICAL SERVICES S.A
13. TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
14. INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S.
15. HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A.S
16. AMAREY NOVA MEDICAL S.A
17. GBARCO S.A

C. VERIFICACION DEFINITIVA DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

- a. De la información aportada por los proponentes para la subsanación de registros sanitarios publicado en el informe preliminar, se presenta el siguiente resultado de la evaluación final de registros sanitarios.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROponente	NO CUMPLE REGISTRO	RAZON	VERIFICACION DE SUBSANACION
2	Balanza Pesa bebe	ADE	M112800	LM Instrument	NO CUMPLE	En el registro aportado no se evidencia el modelo ofertado	No subsano el registro sanitario donde se especifique el modelo
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH METER	O 550 KL	Bioclinicos de Colombia	NO CUMPLE	No aporó el registro sanitario	No subsano
3	Balanza con tallímetro	ADE	M20600-01 MZ10023-1	LM Instrument	NO CUMPLE	En el registro aportado no se evidencia el modelo ofertado	No subsano el registro sanitario donde se especifique el modelo
3	Balanza con tallímetro	HEALTH METER	O 597 KL	Bioclinicos de Colombia	NO CUMPLE	No aporó el registro sanitario	No subsano
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados.	HELMER	IPF105	Tecnica Electromedica	NO CUMPLE	No aporó el registro sanitario	subsano requerimiento, aporó el registro sanitario
12	Lámpara cielitica	DR MACH	HEAVY AXIS 300DFR+LED 150FP	Equitronic	NO CUMPLE	En el registro aportado no se evidencia los dos modelos ofertados	No subsano el registro sanitario donde se especifique el modelo completo ofertado
17	Monitor de Signos vitales	General electric	B40	G-Barco	NO CUMPLE	El registro sanitario aportado esta vencido, debe anexar la renovación del registro o en su defecto la radicación de la solicitud de renovación del registro	No subsano
17	Monitor de Signos vitales	NIHON KOHDEN	PVM-2701	Amarey	NO CUMPLE	El registro vence en un mes, debe anexar la renovación del registro o en su defecto la radicación de la solicitud de	subsano requerimiento, aporó la radicación de renovación ante el invima

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	NO CUMPLE REGISTRO	RAZON	VERIFICACION DE SUBSANACION
						renovación del registro	
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos	RISS TECHNOLOGY	RVLAB-12V	CTL Company	NO CUMPLE	No aporte el registro sanitario	No subsano
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos	B MEDICAL SYSTEM	P 380	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	En el registro aportado no se evidencia el modelo ofertado	subsano requerimiento, aporte el registro sanitario
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	245	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	No aporte el registro sanitario	subsano requerimiento, aporte el registro sanitario

- b. De la información aportada por los proponentes, se presenta el siguiente resultado de la evaluación final de las especificaciones técnicas de las propuestas, según condiciones y requerimientos establecido por Metrosalud

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Aspirador portátil	CA-MI	310100	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Ajuste de la presión de succión de 0 a 650 mmHg o su equivalente
1	Aspirador portátil	CA-MI	REF. 310100	New Stetic	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Ajuste de la presión de succión de 0 a 650 mmHg o su equivalente
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	Hospimedicos Medellín	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Ajuste de la presión de succión de 0 a 650 mmHg o su equivalente
1	Aspirador portátil	CA-MI	NEW ASKIR 30	Prokontrol S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Ajuste de la presión de succión de 0 a 650 mmHg o su equivalente
1	Aspirador portátil	CA-MI	ASKIR 30	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Ajuste de la presión de succión de 0 a 650 mmHg o su equivalente
1	Aspirador portátil	SMAF	YX930D	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico • Aspirador portátil

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Aspirador portátil	MEDELA	VARIO 18 AC/DC Ref. 026.5120	LM Instrument	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico • Con un flujo mayor a 25 l/min. No especifica: • Con protección de sobre flujo y filtro hidrológico.
2	Balanza Pesa bebe	ADE	M112800	LM Instrument	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	G-Barco	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	CHARDER	MS3500	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH	REF: 522 KL	New Stetic	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	Técnica Electromédica	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	550 KL	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Dotasalud	CUMPLE	
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522KL	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	500 KL	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Capacidad hasta 250 kilos
3	Balanza con tallímetro	HEALTH	REF: 500 KL	New Stetic	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Capacidad hasta 250 kilos
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	500 KL	Hospimedicos Medellin	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Capacidad hasta 250 kilos
3	Balanza con tallímetro	ADE	M20600-01 MZ10023-1	LM Instrument	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	CHARDER	MS4900	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	597 KL	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
3	Balanza con tallímetro	HEALTH O METER	597 KL	Dotasalud	CUMPLE	

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
3	Balanza con tallmetro	SECA	703	G-Barco	CUMPLE	
3	Balanza con tallmetro	SECA	7035	Técnica Electromédica	CUMPLE	
4	Cinta métrica	KRAMER	0308	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Medición hasta 2 metros, no tiene la división de 1 mm
4	Cinta métrica	KRAMER	01-001922	Bioclinicos de Colombia	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Medición hasta 2 metros, no tiene la división de 1 mm
4	Cinta métrica	SECA	211	G-Barco	CUMPLE	
4	Cinta métrica	SECA	201	Técnica Electromédica	CUMPLE	
4	Cinta métrica	SECA	201	Dofasalud	CUMPLE	
4	Cinta métrica	SECA	201	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitado	HELMER	Ip105	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados	HELMER	IPF105	Técnica Electromédica	CUMPLE	
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-1 G2	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos • Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV No Especifica; • Detección de marcapasos • Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo • Tira de ritmo seleccionable de entre las 12 derivaciones, aparte de los trazos simultáneos • Realizar un D2 largo de forma simultánea • Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						paciente • Aprobado por la CE o FDA • Alarma de batería baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER		New Stetic	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2.5 hasta 10 mm /mV <u>No Especifica:</u> • Detección de marcapasos • Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo • Tira de ritmo seleccionable de entre las 12 derivaciones, aparte de los trazos simultáneos • Realizar un D2 largo de forma simultánea • Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del paciente • Aprobado por la CE o FDA • Alarma de batería baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo
6	Electrocardiógrafo	NIHON KOHDEN	ECG 2150	Amarey	NO CUMPLE	<u>No cumple este requerimiento técnico</u> • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2.5 hasta 10 mm /mV
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-1 G2	Hospimedicos Medellin	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2.5 hasta 10 mm /mV <u>No Especifica:</u> • Detección de marcapasos • Sistema de detección de mala conexión de cualquier electrodo • Tira de ritmo seleccionable de entre las 12 derivaciones,

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						aparte de los trazos simultáneos • Realizar un D2 largo de forma simultánea • Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones y datos del paciente • Aprobado por la CE o FDA • Alarma de batería baja, error en el sistema, mala conexión e interferencia en el equipo
6	Electrocardiógrafo	General electric	Mac 600	G-Barco	NO CUMPLE	<u>No cumple este requerimiento técnico</u> • Detección de marcapasos
6	Electrocardiógrafo	MORTARA	ELI230	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV • Sistemas de información: Los equipos colizados deben tener la capacidad de interface o interoperabilidad con la historia clínica electrónica con exportación de los datos en formato DICOM para imágenes diagnósticas y Protocolo HL7 (en su defecto JPG, PDF, TIFF o BMP) para registros clínicos y diagnósticos, por medio de Conectividad vía BLUETOOTH, WIFI, LAN o SERIAL. <u>No Especifica</u> • Filtros: Filtro de línea de 60 Hz, Filtro muscular a 35 Hz
6	Electrocardiógrafo	EDAN	SE-12 EXPRESS	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	NO CUMPLE	<u>No cumple este requerimiento técnico</u> • Sistemas de información: Los equipos colizados deben tener la capacidad de interface o interoperabilidad con la historia clínica electrónica con exportación de los datos en formato DICOM para imágenes diagnósticas y Protocolo HL7 (en su defecto JPG, PDF, TIFF o BMP) para registros clínicos y

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						diagnósticos, por medio de Conectividad via BLUETOOTH, WIFI, LAN o SERIAL. <u>No Especifica</u> • Aprobado por la CE o FDA
6	Electrocardiógrafo	SCHILLER	AT-101	Prokontrol S.A.S.	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • Ajuste de Sensibilidad de al menos 2,5 hasta 10 mm /mV • Sistemas de información: Los equipos colizados deben tener la capacidad de interface o interoperabilidad con la historia clínica electrónica con exportación de los datos en formato DICOM para imágenes diagnósticas y Protocolo HL7 (en su defecto JPG, PDF, TIFF o BMP) para registros clínicos y diagnósticos, por medio de Conectividad via BLUETOOTH, WIFI, LAN o SERIAL.
6	Electrocardiógrafo	ADVANCED	ECG 12	M&D	NO CUMPLE	<u>No cumple este requerimiento técnico</u> ; Programa de interpretación para pacientes adulto pediátrico
6	Electrocardiógrafo	PHILIPS	PageWriter TC10	kaika	CUMPLE	
6	Electrocardiógrafo	General electric	Mac 2000	G-Barco	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	77710-71ML	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	REF: 77710-71	New Stetic	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	RIESTER	Ri Former para 2 mangos 3653-300 Riester	Dotasalud	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WECH ALLYN	KIT77710-71ML	Técnica Electromédica	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	77710-71	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	WELCH ALLYN	77710-71	Hospimedicos Medellín	CUMPLE	

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
7	Equipo de Órganos	RIESTER	3651-300 10565-301 10595-301	LM Instrument	CUMPLE	
7	Equipo de Órganos	RIESTER	Ri-former LED	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
8	Equipo para descongelar plasma,	SARSTEDT	MAXITHERM	Quik	CUMPLE	
8	Equipo para descongelar plasma,	HELMER	DH4	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
8	Equipo para descongelar plasma,	HELMER	DHA 500809-1	Técnica Electromédica	CUMPLE	
9	Estimulador de nervio periférico	PAJUNK	MULTISTIM 1151-94-32	LM Instrument	CUMPLE	
9	Estimulador de nervio periférico	B.BRAUN	4892098	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	La ficha aportada no especifica el cumplimiento de las características
9	Estimulador de nervio periférico	B-BRAUN	STIMUPLEX HNS 12	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	La ficha aportada no especifica el cumplimiento de las características
10	Fonendoscopio	RIESTER	4210-01	LM Instrument	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	RIESTER	DUPLEX 2.0	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	REF: 5076-135	New Stelic	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WECH ALLYN	5079-135	Técnica Electromédica	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Dolasalud	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	3M	LITTMANN CLASIC III 5620	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Hospimedicos Medellín	CUMPLE	
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
11	Infantometro	HEALTH	REF: BABYHR	New Stelic	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos El tope móvil no es desprendible

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
11	Infantometro	HEALTH O METER	BABYHR	Bioclínicos de Colombia	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos El tope móvil no es desprendible
11	Infantometro	SECA	417	G-Barco	CUMPLE	
11	Infantometro	KRAMER	01003370-02	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
11	Infantometro	SECA	417	Técnica Electromédica	CUMPLE	
11	Infantometro	KRAMER		Hospimedicos Medellín	CUMPLE	
11	Infantometro	SECA	417	Dotasalud	CUMPLE	
11	Infantometro	SECA	417	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
12	Lámpara cielítica	Drager	Polaris 100/200	Draeger	CUMPLE	
12	Lámpara cielítica	SIMEON	SIM LED 450/700 SC	Amarey	NO CUMPLE	No Especifica • Energía de radiación 595 W/m2 máxima por cabezal
12	Lámpara cielítica	GEM	GLED 700/700	M&D	NO CUMPLE	No Especifica • Leds con luz blanca y fría libre de infrarrojo y ultravioleta, ensamblado en base de aluminio
12	Lámpara cielítica	DR MACH	HEAVY AXIS 300DFR+LED 150FP	Equitronic	CUMPLE	
12	Lámpara cielítica	TRILUX	AURINIO WAVE	G-Barco	NO CUMPLE	No Especifica • Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas • Tamaño del campo de trabajo: Diámetro ajustable de 20 cm o mayor y profundidad constante de 75 cm o mayor a 1m de distancia de la fuente sin reenfoque • Leds con luz blanca y fría libre de infrarrojo y ultravioleta, ensamblado en base de aluminio
12	Lámpara cielítica	ADMECO	SSL/4SL-D	kaika	CUMPLE	
12	Lámpara cielítica	MAQUET	VOLISTA STANDOP 400-600	Prokontrol S.A.S.	NO CUMPLE	No Especifica • Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
12	Lámpara cielitica	MINDRAY	HYLED 760/760	Técnica Electromédica	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico • Temperatura de color dentro del rango de 4500 a 5000 ° Kelvin en el campo operatorio o mayor No Especifica • Dos brazos articulados porta lámparas con giro rotatorio de 360° integrada por 2 lámparas • Libre de sombras a la interposición de cuerpos • LEDS con luz blanca y fría libre de infrarrojo y ultravioleta, ensamblado en base de aluminio
13	Lámpara Cuello de cisne	DR MACH	LED 110	Equitronic	NO CUMPLE	No cumple este requerimiento técnico Temperatura de color inferior a 5000 Kelvin
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	44400 BASE MOVIL	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	REF:44400	New Stetic	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WECH ALLYN	GS300	Técnica Electromédica	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	RIESTER	6250	LM Instrument	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	RIESTER	RI MAGIC	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS IV	Dotasalud	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	MACINTOSH MILLER	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
14	Laringoscopio	RIESTER	Mango ref. 12311, hojas 12275, 12276, 12262, 12263, 12264	Dotasalud	CUMPLE	

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
14	Laringoscopio	WECH ALLYN	KIT MANGO	Técnica Electromédica	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813 LED	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	New Stetic	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60835	Aba Cientifica S.A.S.	CUMPLE	
14	Laringoscopio	SUNMED	5-5272-47	LM Instrument	CUMPLE	
14	Laringoscopio	RIESTER	RI MODUL	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	LORD	1-350	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	1-350	Dotasalud	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	BUCK	Bioclinicos de Colombia	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	BUCK	BUCK 3	Técnica Electromédica	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	02.308.18	Aba Cientifica S.A.S.	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	DIMEDA		New Stetic	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	AVELLANUS	002-04008- 18	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	BUCK 3 SERVICIOS	Hospimedicos Medellin	CUMPLE	
16	Mesa de cirugía para ortopedia	GEM	ET700	M&D	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos • Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto y a la corrosión, que garantice su buen estado durante el tiempo de vida útil • Cojines antiestáticos, removibles, sin costuras y termosellado , sin memoria, antiescaras y de fácil limpieza de mínimo 6 cm
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	DR MAX	G-Barco	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						- Ancho del tablero de la mesa de 54 cm como mínimo - Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 20 a - 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera <u>No Especifica</u> - Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel - Sistema de emergencia manual que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla de fluido eléctrico y/o batería con indicador de carga y autonomía de 6 horas
16	Mesa de cirugía para ortopedia	BENQ	7000SP	Equitronic	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> - Ancho del tablero de la mesa de 54 cm como mínimo - Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 20 a - 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera <u>No Especifica</u> - Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto y a la corrosión, que garantice su buen estado durante el tiempo de vida útil - Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel - Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel
16	Mesa de cirugía para ortopedia	Schmitz	RC30 LG	Draeger	CUMPLE	
16	Mesa de cirugía para ortopedia	MAQUET	MEERA	Prokontrol S.A.S.	CUMPLE	

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
17	Monitor de Signos vitales	UNICARE	F8	M&D	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • ECG: Frecuencia cardiaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica. • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>No Específico</u> • Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
17	Monitor de Signos vitales	EDAN	IM70	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
17	Monitor de Signos vitales	MINDRAY	IMEC 15	Técnica Electromedica	NO CUMPLE	<u>No cumple este requerimiento técnico</u> • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>No Especifica</u> • Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
17	Monitor de Signos vitales	Drager	Vista 120	Drager	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • ECG: Frecuencia cardíaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica.
17	Monitor de Signos vitales	General electric	B40	G-Barco	NO CUMPLE	<u>No cumple estos requerimientos técnicos</u> • ECG: Frecuencia cardíaca. ECG, que permita el despliegue de al menos 1 curva, a elegir de entre 12 derivaciones. Detección de marcapasos. Detección de Arritmias, taquicardia y bradicardia. Protección contra desfibrilador o unidad electro quirúrgica. • Saturación de Oxígeno (SPO2): Saturación de Oxígeno (SPO2): Saturación de O2 (SpO2) rango de 1 a 100% Despliegue numérico y gráfico. Respiración: con un rango de 6 a 150 rpm. • Presión No Invasiva (NIBP): Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). Ajuste automático de acuerdo al tipo de paciente (adulto o pediátrico). Adulto, pediátrico y neonatal de 0 a 300mm Hg/0-

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
						150mm Hg con intervalos de tiempo entre 2 y 240 minutos. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. <u>No Especifica</u> • Capacidad de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7.
17	Monitor de Signos vitales	NIHON KOHDEN	PVM-2701	Amarey	CUMPLE	
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	RISS TECHNOLOGY	RVLAB-12V	CTL Company	CUMPLE	
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	HELMER	HLR111	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	B MEDICAL SYSTEM	P 380	Técnica Electromédica	CUMPLE	
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	RANGER TM 245	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	245	Técnica Electromédica	CUMPLE	
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	LEVEL 1	HL-90 L-70-NI	LM Instrument	CUMPLE	

7	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
20	Tallímetros	KRAMER	01-006422	Bioclínicos de Colombia	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos Rango de medición solo hasta 2 mts
20	Tallímetros	WANSUM	REF MS-102	New Stetic	NO CUMPLE	No se pudo evidenciar la ficha técnica del elemento
20	Tallímetros	HEALTH O METER	01006426-02	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos Rango de medición hasta 210.82 cms
20	Tallímetros	SECA	216	Dofasalud	CUMPLE	
20	Tallímetros	SECA	216	G-Barco	CUMPLE	
20	Tallímetros	HEALTH O METER	PORTROD	Hospimedicos Medellín	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos Rango de medición hasta 210.82 cms
20	Tallímetros	SECA	222	Técnica Electromédica	CUMPLE	
20	Tallímetros	SECA	216	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
21	Termohigrómetros	ALLA FRANCE	91000-0027/B	Aba Científica S.A.S.	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos Precisión de temperatura +/- 3%
21	Termohigrómetros	NEEWER	TA-318	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
21	Termohigrómetros	3 SENSE TECHNOLOGY	PRO-E	CTL Company	CUMPLE	
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	Aba Científica S.A.S.	CUMPLE	
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	Hospimedicos Medellín	CUMPLE	
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	CUMPLE	
22	Termómetro digital	WELCH ALLYN	REF: 01692-500	New Stetic	NO CUMPLE	No cumple estos requerimientos técnicos Rango de temperatura interna no menor a -10°C a 50°C. Es un termómetro corporal

4. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

En cumplimiento de lo descrito en los términos de referencia, solo se consideran para calificación las propuestas que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones habilitantes de capacidad jurídica, requisitos técnicos mínimos, de capacidad financiera y que hayan presentado la totalidad de la documentación exigida. Se procede a la calificación de las ofertas de acuerdo a los criterios descritos en los términos de referencia, Costo de Propuesta económica 100 puntos, dando como resultado lo siguiente:

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	PROPONENTE	calificacion
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	G-Barco	100.00
2	Balanza Pesa bebe	CHARDER	MS3500	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	80.94
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH	REF: 522 KL	New Stetic	73.86
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	Tecnica Electromedica	64.22
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Aba Cientifica S.A.S.	62.59
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Hospimedicos Medellin	51.03
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522 KL	Dotasalud	44.40
2	Balanza Pesa bebe	HEALTH O METER	522KL	Prokontrol S.A.S.	43.81
3	Balanza con tallimetro	CHARDER	MS4900	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	100.00
3	Balanza con tallimetro	HEALTH O METER	597 KL	Dotasalud	71.74
3	Balanza con tallimetro	SECA	703	G-Barco	68.31
3	Balanza con tallimetro	SECA	703S	Tecnica Electromedica	56.53
4	Cinta metrica	SECA	211	G-Barco	100.00
4	Cinta metrica	SECA	201	Tecnica Electromedica	95.74
4	Cinta metrica	SECA	201	Dotasalud	82.12
4	Cinta metrica	SECA	201	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	78.49
5	Congelador para la conservación de plasma	HELMER	lpf105	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	100.00
5	Congelador para la conservación de plasma	HELMER	IPF105	Tecnica Electromedica	92.12
6	Electrocardiografo	PHILIPS	PageWriter TC10	kaika	100.00
6	Electrocardiografo	General electric	Mac 2000	G-Barco	58.53
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71ML	Aba Cientifica S.A.S.	100.00
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	REF: 77710-71	New Stetic	92.51

7	Equipo de Organos	RIESTER	Ri Former para 2 mangos 3653-300 Riesler	Dotasalud	90.88
7	Equipo de Organos	WECH ALLYN	KII77710-71ML	Tecnica Electromedica	87.82
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71	Bioclinicos de Colombia	84.03
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71	Hospimedicos Medellin	79.82
7	Equipo de Organos	RIESTER	3651-300 10565-301 10595-301	LM Instrument	79.11
7	Equipo de Organos	RIESTER	Ri-former LED	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	68.14
8	Equipo para descongelar plasma	SARSTEDT	MAXITHERM	Quik	100.00
8	Equipo para descongelar plasma	HELMER	DH4	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	74.94
8	Equipo para descongelar plasma	HELMER	DHA 500809-1	Tecnica Electromedica	68.00
9	Estimulador de nervio periferico	PAJUNK	MULTISTIM 1151-94-32	LM Instrument	100.00
10	Fonendoscopio	RIESTER	4210-01	LM Instrument	100.00
10	Fonendoscopio	RIESTER	DUPLEX 2.0	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	71.56
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Aba Cientifica S.A.S.	62.58
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	REF: 5076-135	New Stelic	57.90
10	Fonendoscopio	WECH ALLYN	5079-135	Tecnica Electromedica	54.57
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Dotasalud	54.09
10	Fonendoscopio	3M	LITTMANN CLASIC III 5620	Bioclinicos de Colombia	52.08
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Hospimedicos Medellin	49.94
10	Fonendoscopio	WELCH ALLYN	5079-135	Prokontrol S.A.S.	49.12
11	Infantometro	SECA	417	G-Barco	100.00
11	Infantometro	KRAMER	01003370-02	Aba Cientifica S.A.S.	94.91
11	Infantometro	SECA	417	Tecnica Electromedica	84.58
11	Infantometro	KRAMER		Hospimedicos Medellin	75.73
11	Infantometro	SECA	417	Dotasalud	74.38
11	Infantometro	SECA	417	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	63.96
12	Lampara cielitica	Drager	Polaris 100/200	Drager	100.00
12	Lampara cielitica	ADMECO	5SL/4SL-D	kaika	56.56

13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	44400 BASE MOVIL	Aba Científica S.A.S.	100.00
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	REF:44400	New Stetic	92.51
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	Bioclinicos de Colombia	85.47
13	Lampara Cuello de cisne	WECH ALLYN	GS300	Tecnica Electromedica	83.28
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS-300	Hospimedicos Medellin	79.79
13	Lampara Cuello de cisne	RIESTER	6250	LM Instrument	67.61
13	Lampara Cuello de cisne	RIESTER	RI MAGIC	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	66.53
13	Lampara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	GS IV	Dotasalud	43.33
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	MACINTOSH MILLER	Prokontrol S.A.S.	100.00
14	Laringoscopio	RIESTER	Mango ref. 12311, hojas 12275, 12276, 12262, 12263, 12264	Dotasalud	90.97
14	Laringoscopio	WECH ALLYN	KIT MANGO	Tecnica Electromedica	90.14
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813 LED	Bioclinicos de Colombia	81.52
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	New Stetic	78.11
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60813	Hospimedicos Medellin	67.37
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	60835	Aba Científica S.A.S.	60.07
14	Laringoscopio	SUNMED	5-5272-47	LM Instrument	53.56
14	Laringoscopio	RIESTER	RI MODUL	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	50.72
15	Martillos de reflejos	LORD	1-350	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	100.00
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	1-350	Dotasalud	85.79
15	Martillos de reflejos	HOSPITAL	BUCK	Bioclinicos de Colombia	77.50
15	Martillos de reflejos	BUCK	BUCK 3	Tecnica Electromedica	75.78
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	02.308.18	Aba Científica S.A.S.	26.09
15	Martillos de reflejos	DIMEDA		New Stetic	24.14
15	Martillos de reflejos	AVELLANUS	002-04008-18	Prokontrol S.A.S.	20.95
15	Martillos de reflejos	DIMEDA	BUCK 3 SERVICIOS	Hospimedicos Medellin	20.82
16	Mesa de cirugía para ortopedia	Schmitz	RC30 LG	Draeger	100.00
16	Mesa de cirugía para ortopedia	MAQUET	MEERA	Prokontrol S.A.S.	59.55
17	Monitor de Signos vitales	EDAN	IM70	Ingenieria Hospitalaria S.A.S.	100.00
17	Monitor de Signos vitales	NIHON KOHDEN	PVM-2701	Amarey	48.04

18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	HELMER	HLR111	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	100.00
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno para control de temperatura	B MEDICAL SYSTEM	P 380	Técnica Electromédica	60.76
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	RANGER TM 245	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	100.00
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	245	Técnica Electromédica	97.02
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	LEVEL I	HL-90 L-70-NI	LM Instrument	83.04
20	Tallímetros	SECA	216	Dotasalud	100.00
20	Tallímetros	SECA	216	G-Barco	74.49
20	Tallímetros	SECA	222	Técnica Electromédica	57.39
20	Tallímetros	SECA	216	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	52.12
21	Termohigrometro	NEEWEER	TA-318	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	100.00
21	Termohigrometro	3 SENSE TECHNOLOGY	PRO-E	CTL Company	26.57
22	Termometro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.	100.00


5. RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO.

Del análisis, verificación y comparación de las propuestas presentadas, que cumplen con todas las condiciones habilitantes, y una vez calificadas las propuestas con el criterio del precio más favorable para la empresa, el Comité de Recomendaciones y Adjudicaciones, recomienda al ordenador del gasto adjudicar el proceso de la siguiente manera:

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	CANTIDAD	COSTO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA	PROPONENTE
2	Balanza Pesa bebe	SECA	354	45	22,491,000.00	G-Barco S.A
3	Balanza con tallimetro	CHARDER	MS4900	2	3,730,697.60	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
4	Cinta métrica	SECA	211	252	6,747,300.00	G-Barco S.A
5	Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados	HELMER	lpf105	3	104,092,275.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
6	Electrocardiografo	PHILIPS	PageWriter TC10	3	32,385,255.00	kaika S.A.S.

ITEM	EQUIPO SOLICITADO POR ESE METROSALUD	MARCA	MODELO	CANTIDAD	COSTO TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA	PROPONENTE
7	Equipo de Organos	WELCH ALLYN	77710-71ML	17	39,528,974.94	Aba Científica S.A.S.
8	Equipo para descongelar plasma	SARSTEDT	MAXITHERM	3	57,120,000.00	Quik S.A.S
9	Estimulador de nervio periferico	PAJUNK	MULTISTIM 1151-94-32	2	6,997,200.00	LM Instruments S.A
10	Fonendoscopio	RIESTER	4210-01	66	10,917,060.00	LM Instruments S.A
11	Infantometro	SECA	417	59	29,610,365.40	G-Barco S.A
12	Lámpara cirúrgica	Drager	Polaris 100/200	2	76,160,000.00	Draeger Colombia S.A
13	Lámpara Cuello de cisne	WELCH ALLYN	44400 BASE MOVIL	5	7,160,271.65	Aba Científica S.A.S.
14	Laringoscopio	WELCH ALLYN	MACINTOSH MILLER	3	5,277,531.00	Prokontrol S.A.S.
15	Martillos de reflejos	LORD	1-350	90	973,896.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
16	Mesa de cirugía para ortopedia	Schmitz	RC30 LG	1	128,520,000.00	Draeger Colombia S.A
17	Monitor de Signos vitales	EDAN	IM70	3	21,782,100.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
18	Nevera para el almacenamiento de sueros y reactivos con termómetro interno	HELMER	HLR111	2	52,062,500.00	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
19	sistema de calentamiento de líquidos y sangre	3M	RANGER TM 245	1	9,740,037.80	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
20	Tallímetros	SECA	216	59	18,956,700.00	Datasalud JC S.A.S
21	Termo higrómetro	NEEWER	TA-318	19	8,259,945.49	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
22	Termómetro digital	ALLA FRANCE	91000-041/B	111	24,031,876.71	Ingeniería Hospitalaria S.A.S.

Se publica este informe para conocimiento de todos los interesados y se procederá a la adjudicación mediante acto administrativo.


OLGA CECILIA MEJÍA JARAMILLO
Directora Administrativa

Elaboró: Carlos Alberto Díaz G. Líder de Programa de Contratación
Revisó: Lina Montoya Arredondo. Profesional Universitaria Abogada