

PROCESO N°12

SELECCIÓN DIRECTA CON MINIMO DOS (2) OFERTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

INFORME DEFINITIVO

Tal como se establece en el numeral 13. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTAS

"13. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Realizada la evaluación de las propuestas, METROSALUD publicará el informe preliminar de evaluación en la página web el día y la hora fijada en cronograma del proceso de selección, a fin de que sea revisada por cada uno de los proponentes y se subsanen los requisitos habilitantes.

Dicha evaluación preliminar podrá ser objeto de observación por parte de los proponentes, las cuales deberán ser formuladas por escrito y radicadas en el Centro Administración Documental ubicado en la carrera 50 No 44-27, piso 1, dentro del plazo otorgado para ello.

Las observaciones que llegaren a ser presentadas por fuera de este término, se consideran extemporáneas, motivo por el cual Metrosalud no está en la obligación de responderlas en atención a que los términos en el proceso de selección son perentorios y preclusivos

Metrosalud publicará las observaciones que hayan presentado los oferentes respecto al informe de evaluación, de modo que cada uno de ellos pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción si acaso su oferta hubiere sido objetada por otro u otros proponentes, sobre lo cual podrá pronunciarse en el mismo período de puesta en conocimiento del informe.

Las respuestas a las observaciones formuladas, así como los descargos o aclaraciones presentadas por los proponentes objetados, serán publicados en la página web de Metrosalud.

Seguidamente, publicará el informe definitivo de evaluación, contra el cual, no procederá observación alguna por los proponentes"

1. TRASLADO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

El informe de evaluación preliminar de este proceso de selección fue puesto a disposición de los oferentes el día 16 de junio de 2020, con el fin de que se presentaran observaciones al mismo, hasta el 18 de junio de 2020.

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS Y SUBSANACION DE REQUISITOS

Durante el término de traslado de la evaluación preliminar, presenta observación la empresa RP DENTAL S.A, mediante comunicado con radicado R3575 del 17 de junio de 2020, solicitando se reconsidere la inhabilidad aplicada al SISTEMA DE CUBITO Y RADIO DISTAL EN TITANIO. Comunicado que responde Metrosalud dentro del tiempo establecido en los Términos de Referencia, levantando la inhabilidad, por cuanto se constató que RP Dental S.A, oferto en el anexo N°8 FORMATO PARA PRESENTAR OFERTA DE PROTAFOLIO, el cual hace parte de la oferta

económica, conforme se establece en el numeral 11 de los Términos de Referencia, que el tornillo cortical y bloqueado, del montaje PLACA ANATOMICA BLOQUEADA DE CÚBITO DISTAL EN TITANIO, va desde 6 a 22 mm de longitud, con precios iguales en todas su longitudes, respectivamente, quedando superado el aspecto técnico, de considerarse que la placa no queda bien fijada en una fractura de muñeca por lo corto de los tornillos, por cuanto existe la posibilidad de utilizar tornillos en longitud igual o superior a lo solicitado.

3. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE LAS CONDICIONES

Luego de culminado el periodo de traslado del informe preliminar, se modifica el contenido del informe preliminar, en lo relativo a:

HABILITACION TECNICA DE PRODUCTOS.

El anexo N°1 EVALUACION TECNICA DE PRODUCTO DEFINITIVO, el cual hace parte integral del presente informe, muestra en detalle los sistemas que definitivamente son inhabilitados, por no cumplir con alguna de las características solicitadas y/o la homologación ofertada no es correcta. Se debe entender que los demás sistemas no relacionados en el mencionado anexo fueron habilitados técnicamente.

RESUMEN VERIFICACIÓN DE PRODUCTO

DESCRIPCION	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.	RP DENTAL S.A.
TOTAL SISTEMAS OFERTADOS	28	15
TOTAL SISTEMAS INHABILITADOS	2	0
TOTAL SISTEMAS HABILITADOS	26	15

La demás verificación de los requisitos habilitantes, permanecen igual.

4. CALIFICACION DE PROPUESTAS

A. DESCUENTO POR PAGO A 90 DIAS CALENDARIO

No se modifica permanece igual al informe preliminar.

B. VALOR DEL SISTEMA

La evaluación de la oferta se modifica en el factor valor del sistema, conforme se muestra en el anexo N° 2 EVALUACION ECONOMICA DEFINITIVO, el cual hace parte integral del presente informe, detalla el puntaje asignado por proponente a cada sistema.

De igual manera en el mencionado anexo se encuentra el consolidado de los dos criterios calificables.

5. RECOMENDACIONES AL ORDENADOR DEL GASTO.


Del análisis, verificación y comparación de las propuestas presentadas, el Comité de Recomendaciones y Adjudicaciones recomienda al ordenador del gasto ADJUDICAR el proceso tal como se relaciona a continuación, toda vez que representan el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines buscados, de acuerdo con los factores técnicos y económicos de escogencia y calificación previamente establecidos en los términos de referencia.

NIT PROPONENTE (SIN PUNTOS, COMAS NI DÍGITO DE VERIFICACIÓN)	RAZÓN SOCIAL PROPONENTE	SISTEMA REQUERIDO	VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA
811022474	RP DENTAL SA	SISTEMA CLAVICULA EN ACERO	\$ 303.000.000,00
		SISTEMA DE HÚMERO DISTAL EN ACERO	
		SISTEMA DE CÚBITO Y RADIO DISTAL EN TITANIO	
		SISTEMA DE FEMUR PLACA BLOQUEADA DISTAL EN ACERO	
		SISTEMA DE TIBIA Y PERONÉ DISTAL EN ACERO	
811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SÁMPEDRO S.A.S	SISTEMA CLAVICULA EN TITANIO	\$ 297.000.000,00
		SISTEMA ACROMIOCLAVICULAR EN ACERO	
		SISTEMA ACROMIOCLAVICULAR EN TITANIO	
		SISTEMA ENDOBOTTON ACROMIOCLAVICULAR EN ACERO	
		SISTEMA ENDOBOTTON ACROMIOCLAVICULAR EN TITANIO	
		SISTEMA DE HUMERO PRÓXIMAL PLACA EN ACERO	
		SISTEMA DE HUMERO PRÓXIMAL CLAVO EN ACERO	
		SISTEMA DE MANO Y PIE EN TITANIO	
		SISTEMA DE FÉMUR CLAVO CEFALOMEDULAR EN TITANIO	
		SISTEMA DE FÉMUR CLAVO UNIVERSAL EN ACERO	
		SISTEMA DE FÉMUR PLACA EN ACERO	
		SISTEMA DE FÉMUR PLACA TUBO EN ACERO	
		SISTEMA PLACA DE TIBIA PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO EN ACERO O TITANIO	
		SISTEMA CLAVO DE TIBIA PRÓXIMAL Y DIAFISIARIO EN ACERO O TITANIO	
		SISTEMA DE COMPRESIÓN DINÁMICA EN ACERO	
		SISTEMA DE TORNILLOS MINIHERBERT EN TITANIO	
		SISTEMA PLACA CABLE EN ACERO	

SISTEMA TERCIO DE CAÑA BLOQUEADA EN ACERO
SISTEMA DE CLAVOS FLEXIBLES EN TITANIO
SISTEMA PLACA DE RECONSTRUCCIÓN EN ACERO
SISTEMA DE PINES Y CERCLAJE EN ACERO
SISTEMA DE ARTRODESIS EN ACERO
SISTEMA CLAVO BLOQUEADO DE ARTRODESIS EN ACERO
SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS EN ACERO

No quedan desierto ningún sistema

El presente informe se publica en la página web de Metrosalud el día 23 de junio de 2020


OLGA MERY LOPEZ CASTAÑO
Subgerente Administrativa y Financiera

Elabora: Beatriz Guarín O. Líder Programa Insumos Hospitalarios *BEBO*
Revisa: Vanessa Jimenez, P.U. Abogada *VJ*