



Bogotá, Septiembre 20 de 2022

Señores
DIRECCION ADMINISTRATIVA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD
Medellín

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROCESO No. 73 DE 2002 PARA LA “ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA LA RED DE LA E.S.E. DE METROSALUD”.

Respetados Señores:

JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA, actuando en nombre y representación de **QUIRURGIL S.A.S.**, de conformidad con lo previsto en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, en concordancia con lo relacionado en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007 y demás Normas reglamentarias y a lo establecido en los documentos publicados por la Entidad, sometemos a consideración las siguientes observaciones y solicitamos a la Entidad reconsideración en los aspectos que a continuación relacionamos así:

OBSERVACIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS

MONITORES DE SIGNOS VITALES

CARACTERÍSTICA: 5.3 Adulto, pediátrico y neonatal hasta mínimo 300 mmHg

OBSERVACION: Solicitamos a la Entidad permitir ofertar equipos con un rango de medición de hasta 300 mmHg +/- 10%, permitiendo una amplia participación de equipos en este proceso.

MONITORES CON CAPNOGRAFÍA

CARACTERÍSTICA: 7.4 Opcional SPO2 nellcor ó massimo

OBSERVACION: Solicitamos a la Entidad requerir que los accesorios requeridos para los Monitores sean de la misma marca cotizada y no de otras referencias. Esto con base en que los accesorios de marcas diferentes tienden a no ser compatibles entre tecnologías o en su defecto a incrementar considerablemente los costos de cada equipo.

CARRO DE TRANSPORTE RODABLE

CARACTERÍSTICA: Fabricado en acero cold rolled.

OBSERVACION: Solicitamos a la Entidad se acepte que el carro de transporte este fabricado en acero cold rolled o en aluminio de grado médico.



T.A.D.C.: Carrera 49 No. 95-96 PBX: 60 1 616 9700 MEDELLÍN; Carrera 45 No. 14-90 Piso 3 PBX: 60 4 3105830



CARACTERÍSTICA: Base en aluminio de 5 patas con ruedas de 2" cada una con frenos.

OBSERVACION: Solicitamos a la Entidad se acepte que el carro de transporte se encuentre fabricado en estructura base de mínimo 4 extremos, ruedas de tamaño mayor o igual a 2" con freno en al menos 2 patas. Que garantice la seguridad del equipo y la estabilidad de la estructura.

SOPORTES DE PARED

CARACTERÍSTICA: Con cilindro de gas que permita los diferentes movimientos.

OBSERVACION: Solicitamos a la Entidad se sirva precisarnos este requerimiento ya que el requerir que el soporte de pared para los monitores cuente con un cilindro es inusual y no es de utilidad en el desempeño del Monitor.

Agradecemos sean tenidas en cuenta nuestras observaciones, para permitir seleccionar el mejor oferente y permitir pluralidad de ofertas.

Cordial saludo,

JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA
Representante Legal

