



2310/4.3

Medellín, abril 28 de 2017

Señores

SHERLEG LABORATORIES S.A.S

Atte: Mary Ellen Leguizamon A.

Ciudad

ASUNTO: Respuesta comunicación de subsanabilidad abril 21 de 2017

Respetados señores

De acuerdo a sus observaciones le informamos lo siguiente:

1. Esponja de gasa para exodoncia 5 x 5 cm. Paquete en papel grado medico x 8 unidades. Se acepta la observación, dado que las dimensiones del producto ofertado son equivalentes.
2. Gasa 100% algodón tipo VI 45 x 45 cm x 4 capas, con cinta radiopaca. Paquete en papel grado médico no estéril x 4 unidades. Se acepta la observación toda vez que se verifica el cumplimiento del tipo y la absorción de acuerdo con la norma para una gasa tipo VI.

Cordialmente,

BEATRIZ GUARIN OSPINA

Líder Programa Insumos Hospitalarios

Nombre de la Sede – Dirección
Conmutador: 000 00 00
Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín