

Medellín, Mayo 29 de 2020

Doctor
CARLOS ALBERTO DIAZ GUTIERREZ
Líder programa contratación
ESE Metrosalud

Asunto: Certificación y evaluación a las mascarillas presentadas para compra

Mascarilla KN95 marca SHEN HUANG. Proveedor REALTEX

En la valoración realizada a los respiradores tipo KN95 de fijación elástico, de referencia KN95 marca SHEN HUANG referencia MASH, con estándar FFP2 y GB2626 presentadas por **REALTEX**, determinamos que las características de fabricación suplen las necesidades para la cual se está requiriendo

Es una mascarilla con filtro \geq al 95%. Revisando la ficha técnica y rompiendo la mascarilla en partes contiene capas de filtros entre ellos meltblown y capa de esponja que es un filtro barrera para virus y bacterias cumpliendo con las especificaciones para ser usada por el personal de salud. Es una mascarilla cómoda para su uso continuo dado que se acopla perfectamente al rostro por quien la usa.

Atentamente



BLANCA CECILIA GONZALEZ PINEDA
Coordinadora convenio Vigilancia Epidemiológica